

Экспертное заключение

от « 03 » февраля 2025г.

Мною экспертом определенными по тендеру «Медицинские изделия» были рассмотрены заявки потенциальных поставщиков на предмет соответствия технических спецификаций.

№ п/п	Параметр	Требования технического задания	Заключение
ТОО АлтайМедика			
	Расходные реагенты для автоматического гематологического анализатора HumaCount 5D, HUMAN GmbH, Германия		
1	Изотонический разбавитель	Изотонический разбавитель -HC-5D Diluent, 20 л в пластиковом контейнере, закрытый белой винтовой крышкой, этикетка с полоской зеленого цвета нужен обязательно свой ключ для подключение к анализатору Изотонический солевой раствор, применяемый для разбавления образцов цельной крови HC5D-разбавитель, для работы на анализаторе HumaCount 5D закрытого типа. Вещества: Хлорид натрия, сульфат натрия, буферный агент; Противогрибковые и антибактериальные средства. Продукт должен быть прозрачной жидкостью без частиц, осадка и хлопьев. Фоновый результат: WBC $\leq 0.2 \times 10^9/\text{л}$; RBC $\leq 0.2 \times 10^{12}/\text{л}$; HGB $\leq 1 \text{ г/л}$; PLT $\leq 10 \times 10^9/\text{л}$;	Соответствует заявленным параметрам закупа.
	Расходные реагенты для автоматического анализатора критических состояний RAPIDPoint 500 Siemens Healthcare Diagnostics Manufacturing Ltd, Великобритания		
1	Измерительные картридж	Картридж измерительный. Предназначен для обеспечения функционирования Анализатора крови при критических состояниях RAPIDPoint 500. В картридж вмонтированы ионселективные датчики pH, pCO ₂ , pO ₂ , K, Na, Cl, Ca ⁺⁺ , Glu, Lac. Картридж содержит встроенную проточную кювету для спектрофотометрии в блоке коокеиметра. Пластиковый картридж содержит 4 металлизированных пакета с растворами солей, детергентов, буферов, консервантов и сурфактантов в известных концентрациях. Лотспецифичные значения – концентрации растворов и сроки годности картриджей записаны на встроенном радиочипе. Картридж с набором	Соответствует заявленным параметрам закупа.

Handwritten signature

		датчиков (pH, pCO ₂ , pO ₂ , K, Na, Cl, Ca ⁺⁺ , Glu, Lac) и проточной кюветой, содержит растворов на 750 тестов/28 дней.	
2	Картриджи для промывки	Wash/Waste (4 cartridge kit) (Картриджи для промывки (4 шт.)) "Патрон для промывки/слива.упаковка 4 патрона для промывки/слива 3.Каждый патрон рассчитан на использование в течение 10 дней с момента установки в анализатор. 4.Температура хранения картриджей до установки в анализатор - 2-25°C."	Соответствует заявленным параметрам закупа.
3	Контроль качества 1 уровень	RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 1 30 амп. x 2,5 мл) Контроль качества уровень 1 (Rapid QC Certain+level 1)- (Ампулы контроля: норма), 30 ампул по 2,5 мл.	Соответствует заявленным параметрам закупа.
4	Контроль качества 2 уровень	RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 2 30 амп. x 2,5 мл) Контроль качества уровень 2 (Rapid QC Certain+level 2)- (Ампулы контроля: норма), 30 ампул по 2,5 мл.	Соответствует заявленным параметрам закупа.
5	Контроль качества 3 уровень	RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 amp. x 2,5 ml (Контроль качества RAPIDQC COMPLETE LEVEL 3 30 амп. x 2,5 мл) Контроль качества уровень 3 (Rapid QC Certain+level 3)- (Ампулы контроля: норма), 30 ампул по 2,5	Соответствует заявленным параметрам закупа.
6	Адаптеры	Адаптеры пластиковые, предназначенные для удержания ампул контроля качества. (1 уп.= 25шт) RapidPoint 500e Анализатора газов, метаболитов (глюкоза, лактат) и электролитов крови	Соответствует заявленным параметрам закупа.
Расходные реагенты для полуавтоматического анализатора мочи Combilyzer 13			
5	Тест полосы для определения общего анализа мочи	Полная совместимость с анализатором мочи полуавтоматическим для in vitro диагностики «Combilyzer 13», HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH. Определение 13 параметров: белок, кровь (эритроциты/гемоглобин), лейкоциты, нитриты, глюкоза, кетоны, pH, удельный вес/ плотность, билирубин, уробилиноген, креатинин, микроальбумин, аскорбиновая кислота. В упаковке 100 штук	Соответствует заявленным параметрам закупа.

Заместитель главного врача по контролю
и качеству медицинских услуг



Кабдекенова Г.Т.